



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОOO «АЛКОТЕКТОР»

А. С. Сидоров

«21» марта 2011 г.

Лист 1, листов 1

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

к Руководству по эксплуатации «Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH модель 10-4D»

Внести в Руководство по эксплуатации «Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH модель 10-4D» следующие изменения:

1) второй абзац п. 1.1.1 изложить в следующей редакции:

«Генератор применяется в качестве рабочего эталона 1-го разряда по ГОСТ 8.578–2008».

2) п. 1.3.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В комплект поставки генератора дополнительно может входить тюбик с силиконовой смазкой для кольцевой прокладки (в виде полиэтиленового пакетика с маркировкой "SILICONE GREASE")».

3) в таблице 6 строку 5 изложить в следующей редакции:

| | | |
|---|--|---|
| Отрицательный результат проверки герметичности генератора по 3.1.2. | 2. Потеря эластичности резиновой кольцевой прокладки или ее повреждение. | Требуется нанести смазку на кольцевую прокладку в соответствии с п. 3.1.5 настоящего Руководства по эксплуатации или произвести замену кольцевой прокладки. |
|---|--|---|

4) Первый абзац пункта 3.1 дополнить следующим положением:

«– нанесение силиконовой смазки на кольцевую прокладку для поддержания ее эластичности – по необходимости (при отрицательном результате проверки герметичности генератора), но не реже одного раза в два года».

5) пункт 3.1 дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:

«3.1.5 Нанесение силиконовой смазки на кольцевую прокладку выполните в следующем порядке:

– разъедините емкость и приборный модуль, поворачивая емкость против часовой стрелки;

– поднимите кольцевую прокладку и нанесите тонким слоем силиконовую смазку непосредственно на область соприкосновения приборного модуля генератора с кольцевой прокладкой любым аппликатором;

– аккуратно уложите кольцевую прокладку обратно;

– соедините емкость с приборным модулем, поворачивая емкость по часовой стрелке до упора.

Примечание – Для смазки используйте пластичную и не затвердевающую силиконовую смазку для кольцевых уплотнений, которая может входить в комплект поставки, либо ее аналог (Silicone Grease for O-Rings)».

Генеральный директор
ООО «АЛКОТЕКТОР»



А. С. Сидоров

Инженер
ООО «АЛКОТЕКТОР»



Т. Н. Горячкина